

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/13/2020 0:21:57 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2554451

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2628309
Nº SO: 2455521
NF Cliente/Cust. 36357 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 03/11/2020 14:28:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	289.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET480003	CLET480003
104	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020004	MCTAB020004
105	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM020003	TSARM020003
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010045	TSAT010045
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020046	MTAR020046
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020045	MTAR020045
109	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010044	TSAT010044
110	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010008	MTA010008
111	54.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:30MTA010003	30MTA010003
112	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010009	MTA010009
113	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010046	TSAT010046

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.00	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/12/2020 12:24:40 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	20.86	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/12/2020 12:25:32 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 03/12/2020 14:11:22 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço