

## Certificado de Processo Certificate of Processing

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/23/2020 20:30:11 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **2590689**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2634317**  
 Nº SO: **2462409**  
 NF Cliente/Cust. **36470 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **03/20/2020 15:10:00 GMT**  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: **CELL A**  
 Irradiation Cell:

| SO Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                  | No. Lote do Cliente |
|-----------|----------|-----|----------------------|--|---------------------|
| SO Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                          | Customer Lot Number |
| 102       | 629.0000 | PT  | 4130.0110            | PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020005  | MCTAB020005         |
| 103       | 220.0000 | PT  | 4065.0010            | PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP010005  | MCTAP010005         |
| 104       | 67.0000  | PT  | 4176.0010            | PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:30MTA010005 | 30MTA010005         |
| 105       | 367.0000 | PT  | 4065.0010            | PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP010004  | MCTAP010004         |
| 106       | 533.0000 | UN  | 4233.0015            | TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810005  | TSBPB810005         |
| 107       | 367.0000 | PT  | 4065.0010            | PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP010006  | MCTAP010006         |
| 108       | 550.0000 | PT  | 4009.0010            | PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA010004          | SDA010004           |
| 109       | 367.0000 | PT  | 4176.0010            | PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:30MTA010004 | 30MTA010004         |
| 111       | 629.0000 | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020054  | MTAR020054          |
| 112       | 629.0000 | PT  | 4176.0110            | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020053  | MTAR020053          |
| 113       | 440.0000 | PT  | 4004.0010            | PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010003         | TSA010003           |

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima                  | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario                                   | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|---|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec                   | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | -----Signed By -----<br>User              | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 34.35     | Pass         | VFDOSSANTO<br>VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 03/23/2020 13:00:45 GMT |
| 450.00 | Dose Minima                    | 15.00 kGy<br>Reason Code Teste | 40.00 kGy     | 23.67     | Pass         | VFDOSSANTO<br>VANESSA FERREIRA DOS SANTOS | 03/23/2020 13:01:44 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
 Por:

Data/Date: 03/23/2020 18:18:27 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço