

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/17/2019 14:57:06 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2148536**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2537860**
Nº SO: **2348734**
NF Cliente/Cust. **34810 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 10/16/2019 18:20:55 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90136	MTA90136
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901153	TSAT901153
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902208	MTAR902208
106	143.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90137	MTA90137
107	217.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:30MTA90108	30MTA90108
108	433.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET94811	CLET94811
109	100.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A90113	R2A90113
110	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90116	TSA90116
111	114.0000	PT	4004.0100	TSA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:TSA90403	TSA90403
112	154.0000	PT	4012.0100	PCA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:PCA90415	PCA90415
113	629.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM90211	TSARM90211
114	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90219	SDATL90219
115	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901154	TSAT901154

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.86	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/17/2019 11:35:10 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.44	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	10/17/2019 11:35:48 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:
Electronically Signed

Data/Date: 10/17/2019 13:55:30 GMT

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/17/2019 14:57:06 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2148536

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2537860
Nº SO: 2348734
NF Cliente/Cust. 34810 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

10/16/2019 18:20:55 GMT
CELL A

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço