

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Solução Tampão Fosfato pH 7,2.**

**Código: 4188.0250**

**Lote: 72TP 210002**

**Frasco com tampa lacre  
de 250ml com 100 ml.**

**Fabricação: 11 / 02 / 2020**

**Vencimento: 11 / 05 / 2020**

**Laudo: 200148**

| <b>ENSAIO</b>              | <b>REQUISITO</b>         | <b>RESULTADO</b> |
|----------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Aspecto</b>             |                          |                  |
| Cor                        | Incolor.                 | <b>Conforme</b>  |
| Transparência              | Translúcido.             | <b>Conforme</b>  |
| Textura                    | Líquido.                 | <b>Conforme</b>  |
| Homogeneidade              | Homogêneo.               | <b>Conforme</b>  |
| <b>Controle Negativo</b>   |                          |                  |
| 5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C | Ausência de crescimento. | <b>Conforme</b>  |
| <b>pH</b>                  | $7,20 \pm 0,20$          | <b>7,37</b>      |

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 17 / 02 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br