

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Água Bacto Peptonada.

Código: 4085.0100

Lote: ABP 150001

Frasco com selo de alumínio de 100ml com 100 ml.

Fabricação: 06 / 01 / 2020 Vencimento: 06 / 07 / 2020

Laudo: 200007

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | |
|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aspecto | | | |
| Cor | Âmbar claro. | Conforme | |
| Transparência | Translúcido. | Conforme | |
| Textura | Líquido. | Conforme | |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme | |
| Esterilidade | | | |
| 07 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C, mais 07 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C. | Ausência de crescimento. | Conforme | |
| pH | $7,00 \pm 0,20$ | 6,87 | |
| Viabilidade | Inóculo | Média da Referência | Crescimento Visível |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≤ 100 UFC | 23 UFC | Conforme |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≤ 100 UFC | 32 UFC | Conforme |

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 20 / 01 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br