

# Certificado de Análise

**BIOCEN** DO BRASIL



**Produto: Água Bacto Peptonada.**

**Código: 4085.100**

**Lote: ABP 150009**

**Frasco com selo de alumínio  
de 100ml com 100 ml.**

**Fabricação: 25 / 06 / 2020    Vencimento: 25 / 12 / 2020**

**Laudo: 200808**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
07 dias a 22,5 ± 2,5 °C, mais 07 dias a 32,5 ± 2,5 °C.	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,00 ± 0,20	6,97	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	34 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	24 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 09 / 07 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br