

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Água Bacto Peptonada.**

**Código: 4085.0020**

**Lote: ABP 91103**

**Frasco com selo de alumínio  
de 20ml com 09 ml.**

**Fabricação: 21 / 08 / 2019    Vencimento: 21 / 02 / 2020**

**Laudo: 190888**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar claro.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Translúcido.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>			
07 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C, mais 07 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C.	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	$7,00 \pm 0,20$	<b>6,95</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\leq 100$ UFC	<b>37 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\leq 100$ UFC	<b>33 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 04 / 09 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br