

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/11/2020 0:20:19 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3394819

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2793569
Nº SO: 2655424
NF Cliente/Cust. 39468 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/09/2020 17:26:15 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010210
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010211
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020279
106	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020280
107	70.0000	PT	4237.0010	SAB - AGAR SABOURAUD DEXTROS PL 90X15 SS (PT C/10) - Lote:SA	SAB010007
108	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:BE	BETAP020011
109	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:BE	BETAP010021
110	470.0000	PT	4009.0010	SDA - AGAR SABOURAUD DEXTROSEPLACA 90X15 (PTC/10) - Lote:SD	SDA010015

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.32	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/10/2020 15:08:09 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.10	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/10/2020 15:09:02 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 12/10/2020 16:04:04 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço