

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/11/2018 16:57:16 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1432864**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2221951**  
Nº SO: **1977055**  
NF Cliente/Cust. **29465 1**

**40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **06/09/2018 05:53:35 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80904	BTSB80904
103	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80905	BTSB80905
104	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80906	BTSB80906
105	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB80907	BTSB80907

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40.00 kGy	320.00 kGy	40.27	Pass	JINACIO	06/11/2018 11:50:54 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 40 KGY-URGENTE-PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **THAYNY APARECIDA DE SOUZA**  
Por:

Data/Date: 06/11/2018 13:46:28 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**