

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/11/2019 14:27:30 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 1764929

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2377279
Nº SO: 2162589
NF Cliente/Cust. 32152 1

40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 02/08/2019 22:10:32 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB90901	BTSB90901
103	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB90902	BTSB90902

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40.00 kGy Reason Code Teste	320.00 kGy	48.06	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	02/11/2019 12:45:50 GMT

DOSAGEM MINIMA 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. DANIELA PAQUER
Por:

Data/Date: 02/11/2019 14:19:38 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço