

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

02/25/2019 14:26:53 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1786014

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2386659  
**Nº SO:** 2173381  
**NF Cliente/Cust.** 32320 1

40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 02/22/2019 20:08:07 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB90903	BTSB90903
103	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAIO G - Lote:BTSB90904	BTSB90904

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40.00 kGy Reason Code Teste	320.00 kGy	47.38	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	02/25/2019 12:08:07 GMT

DOSAGEM MINIMA DE 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. SIMONE SOARES DA SILVA  
Por:

Data/Date: 02/25/2019 12:43:45 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço