

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/17/2019 18:02:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA** Planta de Processo: **Cotia** Nº WO: **2458594**
Customer Name: **1921949** Processing Facility: **40 kGy** Nº SO: **2257463**
Nº P.O. **1921949** Tratamento Gama Data/Hora - Irradiação: **06/14/2019 21:18:07 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90909	BTSB90909
103000	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90910	BTSB90910
104000	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90911	BTSB90911
105000	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90912	BTSB90912

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40,00 kGy	320,00 kGy	50,85	Pass	JINACIO	06/17/2019 17:53:10 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM MINIMA DE 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**
Por:

Data/Date: 06/17/2019 17:56:58 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**