

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/16/2019 14:05:58 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente:	BIOCEN DO BRASIL LTDA	Planta de Processo:	Cotia	Nº WO:	2516338
Customer Name:		Processing Facility:		Nº SO:	2324094
Nº P.O.	2083374			NF Cliente/Cust.	34434 1
40 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	09/13/2019 19:04:00 GMT
				Irradiation Date/Time:	
				Irradiação - Célula:	CELL A
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90913	BTSB90913
103	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90914	BTSB90914
104	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90915	BTSB90915
105	1.0000	CJ	4101.0020	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB90916	BTSB90916

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	40.00 kGy	320.00 kGy	50.84	Pass	JINACIO	09/14/2019 13:06:02 GMT
	Reason Code Teste					JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM MINIMA 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. Por:	VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	Data/Date:	09/16/2019 12:40:46 GMT
Electronically Signed By:			
Motivo/Reason:	Conclusão de Ordem de Serviço		