

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Chocolate.

MS nº 80044370011

Lote: C-CHOC 010024

Código: 4234.C001

Placas 90x15 com 20 ml.

Fabricação: 27 / 06 / 2025

Vencimento: 27 / 10 / 2025

Laudos: 25C0334

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
--------	-----------	-----------

Aspecto

Cor	Marrom chocolate.	Conforme
Transparência	Opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Esterilidade

3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
------------------------	--------------------------	-----------------

pH	7,00 ± 0,20	7,18
-----------	-------------	-------------

Viabilidade

<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 43069	Boa recuperação com colônias incolores a brancas acinzentadas e mucóides.	Conforme
--	---	-----------------

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2025