

Certificado de Análise



Produto: Agar CromoCen UTI.

MS nº 80044370012

Lote: C-UTI 010441

Código: 4275.C001

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 03 / 01 / 2025

Vencimento: 05 / 05 / 2025

Laudo: 25C0007

Observação: Para fins de transporte, o produto pode permanecer em temperatura ambiente por até 72h. No laboratório deve permanecer armazenado entre 2 e 8 °C.

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Âmbar claro.	Conforme
Transparência	Translúcido a ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 35,0 ± 2,0 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	6,90 ± 0,30	6,75
Viabilidade (24 horas de incubação entre 35 e 37 °C)		
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Boa recuperação com colônias azul a roxo (colônias mucóides).	Conforme
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Boa recuperação com colônias azuis esverdeadas (colônias pequenas).	Conforme
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Boa recuperação com colônias marrons claras.	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Boa recuperação com colônias roxas a magenta.	Conforme

Observação: para alguns microrganismos talvez seja necessária uma incubação de 48 horas.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 06 / 01 / 2025