

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

04/02/2018 19:33:39 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1149787

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2175627  
**Nº SO:** 1921625  
**NF Cliente/Cust.** 28686 1

5 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 03/29/2018 14:42:41 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	120.0000	PT	4177.0010	PLACA AGAR CB 90X15 (PT C/10) - Lote:CB80105	CB80105
103	300.0000	PT	4009.0010	PLACA SDA 90X15 (PTC/10) - Lote:SDA80107	SDA80107

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.95	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	03/31/2018 12:08:46 GMT

DOSAGEM 05KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. THAYNY APARECIDA DE SOUZA  
Por:

Data/Date: 03/31/2018 12:53:29 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço