

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Caldo D/E Neutralizing.**

**Código: 4128.0001**

**Lote: CDEA 350004**

**Tubo com 09ml.**

**Fabricação: 05 / 05 / 2020**

**Vencimento: 05 / 08 / 2020**

**Laudo: 200546**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Púrpura.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Opalescente.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>			
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,60 ± 0,20	<b>7,69</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	<b>20 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≤ 100 UFC	<b>27 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 08 / 05 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br