

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Caldo D/E Neutralizing.**

**Código: 4128.0001**

**Lote: CDEA 93503**

**Tubo com 09ml.**

**Fabricação: 08 / 07 / 2019**

**Vencimento: 08 / 10 / 2019**

**Laudo: 190720**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Púrpura.	Conforme	
Transparência	Opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	$7,60 \pm 0,20$	6,52	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\leq 100$ UFC	25 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	$\leq 100$ UFC	24 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 11 / 07 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br