

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/27/2020 0:19:33 GMT
Page 1 of 2
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2605062

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2637073
Nº SO: 2465965
NF Cliente/Cust. 36515 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 03/25/2020 14:28:14 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010050	TSAT010050
104	168.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote:TSAI010004	TSAI010004
105	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010012	MTA010012
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020055	MTAR020055
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020056	MTAR020056
108	287.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010004	MCTAB010004
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020057	MTAR020057
110	200.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010005	TSAP010005
111	132.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020006	MCTAB020006
112	320.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARIO20003	TSARIO20003
113	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010013	MTA010013
114	700.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET480004	CLET480004

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.23	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/26/2020 13:33:43 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.08	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/26/2020 13:34:07 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 03/26/2020 14:13:07 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/27/2020 0:19:33 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2605062

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2637073
Nº SO: 2465965
NF Cliente/Cust. 36515 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

03/25/2020 14:28:14 GMT
CELL A