

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/25/2020 19:47:58 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2905859

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2691453
Nº SO: 2531664
NF Cliente/Cust. 37487 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/24/2020 15:04:38 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020129	MTAR020129
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020130	MTAR020130
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010107	TSAT010107
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010108	TSAT010108
107	469.0000	PT	4012.0110	PLACA PCA 60X10 (PCT C/10) - Lote:PCAR020001	PCAR020001
108	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010027	MTA010027
109	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010028	MTA010028
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020131	MTAR020131
111	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020132	MTAR020132
112	233.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEN 25 ML - Lote:CLET480007	CLET480007

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.97	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/25/2020 12:10:59 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.77	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/25/2020 12:12:24 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 06/25/2020 14:14:16 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço