

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

09/05/2018 18:59:28 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1634259**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2277352**  
Nº SO: **2043728**  
NF Cliente/Cust. **30620 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **09/04/2018 17:35:44 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	144.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET84809	CLET84809

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy	40.00 kGy	11.88	Pass	JINACIO	09/05/2018 11:43:42 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	5.00 kGy	40.00 kGy	8.09	Pass	JINACIO	09/05/2018 11:44:12 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 05 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **SHEILA DOS SANTOS SILVA**  
Por:

Data/Date: 09/05/2018 18:47:31 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**