

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/23/2019 17:40:42 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1744841**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2364766**  
Nº SO: **2148352**  
NF Cliente/Cust. **31986 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **01/22/2019 14:32:31 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	222.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET94802	CLET94802

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	8.21	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	01/23/2019 10:56:44 GMT
450.00	Dose Máxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	12.82	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	01/23/2019 10:57:04 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 01/23/2019 11:05:35 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**