

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/22/2019 0:05:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2232512**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2560918**
Nº SO: **2375545**
NF Cliente/Cust. **35178 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **11/20/2019 13:08:59 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902224	MTAR902224
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902225	MTAR902225
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902226	MTAR902226
106	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90232	MCTAB90232
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901167	TSAT901167
108	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901168	TSAT901168
109	250.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA90114	PCA90114
110	433.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET94812	CLET94812
111	80.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP90112	TSAP90112
112	167.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD90111	YPD90111

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.25	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/21/2019 11:37:13 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	24.39	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/21/2019 11:37:33 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: 11/21/2019 16:51:55 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**