

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Caldo Letheen.

Código: 4145.0025

Lote: CLET 94812

**Frasco PET de 25ml
com 9 ml.**

Fabricação: 19 / 11 / 2019

Vencimento: 19 / 03 / 2020

Laudo: 191313

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | |
|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Aspecto | | | |
| Cor | Âmbar claro a médio. | Conforme | |
| Transparência | Ligeiramente opalescente podendo apresentar ligeiro precipitado. | Conforme | |
| Textura | Líquido. | Conforme | |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme | |
| Esterilidade | | | |
| 3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C | Ausência de crescimento. | Conforme | |
| pH | $7,00 \pm 0,20$ | 6,88 | |
| Viabilidade | Inóculo | Média da Referência | Crescimento Visível |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≤ 100 UFC | 47 UFC | Conforme |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≤ 100 UFC | 40 UFC | Conforme |

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 25 / 11 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br