

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Caldo MacConkey.**

**Código: 4121.0200**

**Lote: CMCK 82110**

**Frasco com tampa lacre  
de 250ml com 100 ml.**

**Fabricação: 29 / 08 / 2018**

**Vencimento: 29 / 11 / 2018**

**Laudo: 180975**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Púrpura avermelhado.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	$7,30 \pm 0,20$	7,19	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 Alteração da cor do meio para amarelo e formação de gás.	$\leq 100$ UFC	26 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\geq 100$ UFC	$\geq 100$ UFC	Inibido

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 03 / 09 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br