

Certificado de Análise



Produto: Caldo Selenito Cistina.

Código: 4190.0093

Lote: CSC 930005

**Tubo de polycarbonato com
20x150mm com 10ml**

Fabricação: 21 / 05 / 2025 Vencimento: 20 / 09 / 2025 Laudo: 250941

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
--------	-----------	-----------

Aspecto

Cor	Âmbar claro a rosa alaranjado.	Conforme
Transparência	Translúcido a ligeiramente opalescente, podendo apresentar ligeiro precipitado.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme

Controle Negativo

3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C.	Ausência de crescimento.	Conforme
-----------------------------	--------------------------	----------

pH	$7,00 \pm 0,20$	7,18
----	-----------------	------

Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 Colônias vermelhas com centro negro quando estriadas em Agar XLD.	≤ 100 UFC	37 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 Caso cresçam, colônias amarelas com precipitado.	≥ 100 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 26 / 05 / 2025