

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/15/2020 4:42:35 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **3395196**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2795340**  
Nº SO: **2657522**  
NF Cliente/Cust. **39507 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/11/2020 16:27:30 GMT  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: CELL A  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020281
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020282
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010212
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010213
107	520.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA TB VIDRO 20X125MM C 15ML - Lote:TS	TSBPB810017
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020283
109	550.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010023
110	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT C/10) - Lote:TS	TSARM020018
111	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSA010018
112	250.0000	PT	4046.0010	DRBC - AGAR DIC ROSA BENG CLORAN PL 90X15 (PTC/10) - Lote:DR	DRBC010013

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	25.26	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/14/2020 11:58:43 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.47	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/14/2020 11:59:18 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Date/Date: 12/14/2020 13:05:53 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço