

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido A.

Código: 4192.0100

Lote: FLDA 150007

Frasco com Tampa selo de alumínio com 100 ml.

Fabricação: 05 / 12 / 2020

Vencimento: 06 / 06 / 2021

Laudo: 201679

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
7 dias a $22,5 \pm 2,5$ °C, mais 7 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,10 \pm 0,20$	7,19	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	32 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	35 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25°C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 21 / 12 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br