

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Fluido A.**

**Código: 4192.0102**

**Lote: FLDA 680003**

**Frasco com 100 ml.**

**Fabricação: 01 / 07 / 2020**

**Vencimento: 31 / 12 / 2020**

**Laudos: 200836**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
7 dias a 22,5 ± 2,5 °C, mais 7 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,10 ± 0,20	7,19	
<b>Viabilidade</b>			
	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	34 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	24 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 15 / 07 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br