

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido A.

Código: 4192.0601

Lote: FLDA 820005

**Frasco Tampa Rosca com
P.I. 1000ml com 600ml.**

Fabricação: 14 / 12 / 2020 Vencimento: 15 / 06 / 2021

Laudo: 201729

| ENSAIO | REQUISITO | RESULTADO | |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Aspecto | | | |
| Cor | Âmbar claro. | Conforme | |
| Transparência | Translúcido. | Conforme | |
| Textura | Líquido. | Conforme | |
| Homogeneidade | Homogêneo. | Conforme | |
| Esterilidade | | | |
| 7 dias a 22,5 ± 2,5 °C, mais 7 dias a 32,5 ± 2,5 °C | Ausência de crescimento. | Conforme | |
| pH | 7,10 ± 0,20 | 7,00 | |
| Viabilidade | Inóculo | Média da Referência | Crescimento Visível |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 | ≤ 100 UFC | 34 UFC | Conforme |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 8739 | ≤ 100 UFC | 29 UFC | Conforme |

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25°C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 12 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br