

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido A.

Código: 4192.0102

Lote: FLDA 96803

Frasco com 100 ml.

Fabricação: 02 / 07 / 2019

Vencimento: 02 / 01 / 2020

Laudos: 190693

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
7 dias a 22,5 ± 2,5 °C, mais 7 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,10 ± 0,20	6,94	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	24 UFC	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 16 / 07 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br