

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido D com 0,5% de Glicina.

Código: 4207.0090

Lote: FLDG 92002

Frasco com tampa lacre de 250ml com 90 ml.

Fabricação: 26 / 04 / 2019 Vencimento: 26 / 07 / 2019

Laudo: 190433

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C.	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,00 ± 1,00	7,34	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	13 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 02 / 05 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br