

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Fluido D com 0,5% de Glicina.**

**Código: 4207.0009**

**Lote: FLDG 93505**

**Tubos com 09 ml.**

**Fabricação: 23 / 08 / 2019    Vencimento: 23 / 11 / 2019**

**Laudos: 190903**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Controle Negativo</b>			
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C.	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,00 ± 1,00	<b>6,99</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≤ 100 UFC	37 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	33 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 28 / 08 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br