

# Certificado de Análise

**BIO**CEN DO BRASIL



**Produto: Fluido K**

**Código: 4225.0300**

**Lote: FLDK 750001**

**Frasco Tampa Rosca de  
500ml com 300ml.**

**Fabricação: 30 / 01 / 2020    Vencimento: 30 / 07 / 2020**

**Laudo: 200121**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Incolor a âmbar claro.	Conforme	
Transparência	Translúcido.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme	
<b>Controle Negativo</b>			
5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	$7,10 \pm 0,20$	<b>6,95</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\leq 100$ UFC	<b>43 UFC</b>	Conforme
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	$\leq 100$ UFC	<b>34 UFC</b>	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 04 / 02 / 2020**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br