

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Agar Entérico Hektoen.

Código: 4021.0010

Lote: HE 90101

Placas 90x15 com 16 ml.

Fabricação: 23 / 04 / 2019

Vencimento: 23 / 07 / 2019

Laudo: 190412

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO
Aspecto		
Cor	Marrom esverdeado.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Gelatinoso.	Conforme
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme
Esterilidade		
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
pH	7,50 ± 0,20	7,44

Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 Colônias azuis esverdeadas com centro negro.	≥ 50%	22 UFC	25 UFC	88 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 Caso cresçam, colônias salmão a laranja, podendo apresentar precipitado biliar.	Escasso a Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 26 / 04 / 2019

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br