

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: CromoCen Listeria (base ALOA).

Código: 4013.0010

Lote: LIST 010007

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 22 / 12 / 2020

Vencimento: 23 / 04 / 2021

Laudo: 201767

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Marrom.	Conforme		
Transparência	Opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	7,20 ± 0,20	7,22		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 7644 Colônias azuis esverdeadas com formação de halo	≥ 50%	31 UFC	33 UFC	94 %
<i>Listeria innocua</i> ATCC 33090 Colônias azuis esverdeadas sem formação de halo	≥ 50%	32 UFC	34 UFC	90 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 Colônias amarelas esverdeadas caso cresçam	Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 28 / 12 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br