

Certificado de Análise



Produto: CromoCen Listeria (base ALOA).

Código: 4013.0010

Lote: LIST 010058

Placas 90x15 com 18 ml.

Fabricação: 17 / 01 / 2025

Vencimento: 19 / 05 / 2025

Laudo: 250105

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO		
Aspecto				
Cor	Âmbar.	Conforme		
Transparência	Opalescente.	Conforme		
Textura	Gelatinoso.	Conforme		
Homogeneidade	Homogêneo.	Conforme		
Esterilidade				
3 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme		
pH	$7,20 \pm 0,20$	7,00		
Viabilidade	Especificação	Média do Lote	Média Referência	Recuperação
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19111 Colônias azuis esverdeadas com formação de halo	$\geq 50\%$	16 UFC	18 UFC	91 %
<i>Listeria innocua</i> ATCC 33090 Colônias azuis esverdeadas sem formação de halo	$\geq 50\%$	39 UFC	42 UFC	94 %
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 Colônias amarelas esverdeadas caso cresçam	Inibido	00 UFC	≥ 100 UFC	Inibido

Inóculo: ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia) para promoção de crescimento e ≥ 100 UFC para ensaio de inibição.

Referência: Agar Triptona de Soja.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 8 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 20 / 01 / 2025