

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/18/2020 20:30:12 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **2883465**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2687104**  
 Nº SO: **2526526**  
 NF Cliente/Cust. **37407 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/17/2020 16:12:02 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010102	TSAT010102
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010103	TSAT010103
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020122	MTAR020122
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020123	MTAR020123
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020124	MTAR020124
108	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020017	MCTAB020017
109	126.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020018	MCTAB020018
110	288.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010011	MCTAB010011
111	160.0000	PT	4004.0100	TSA EM PLACA CASSETE (PT C/10 - Lote:TSA040001	TSA040001
112	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010008	TSA010008
113	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P - Lote:TSARM020008	TSARM020008

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.51	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/18/2020 12:31:00 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.22	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/18/2020 12:32:21 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 06/18/2020 12:58:20 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço