

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

02/28/2020 13:01:50 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2503151

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2619208  
**Nº SO:** 2444720  
**NF Cliente/Cust.** 36135 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 02/26/2020 15:07:03 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010033	TSAT010033
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010034	TSAT010034
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010035	TSAT010035
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010036	TSAT010036
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020037	MTAR020037
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020038	MTAR020038
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020039	MTAR020039
110	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020003	MCTAB020003

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.01	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/27/2020 11:47:17 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	20.51	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/27/2020 11:47:30 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
 Por:

Data/Date: 02/28/2020 12:43:13 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço