

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

11/08/2018 11:22:50 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1677530

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2319400  
**Nº SO:** 2093635  
**NF Cliente/Cust.** 31274 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 11/06/2018 13:26:21 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB80222	MCTAB80222

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.63	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	11/07/2018 11:27:13 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.45	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	11/07/2018 11:27:29 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 11/07/2018 14:04:21 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço