

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/13/2019 14:22:28 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1806648

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2397680  
**Nº SO:** 2186452  
**NF Cliente/Cust.** 32459 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 03/12/2019 13:40:41 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	141.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90104	MCTAB90104
103000	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90103	TSA90103

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	29,09	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	03/13/2019 12:14:46 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	16,84	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	03/13/2019 12:15:08 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 03/13/2019 12:26:57 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço