

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/12/2019 17:37:52 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2009399**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2494690**
Nº SO: **2298877**
NF Cliente/Cust. **34089 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **08/10/2019 02:13:14 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	132.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90220	MCTAB90220
104000	269.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90115	MCTAB90115

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	20,53	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	08/12/2019 17:29:47 GMT
450.00	Dose Máxima	15,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	36,47	Pass	EGONCALVES EDUARDO SANTANA GONCALVES	08/12/2019 17:30:57 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **DANIELA MAZUCHELLI GARCIA**
Por:

Data/Date: **08/12/2019 17:32:18 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**