

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

10/30/2019 20:32:00 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O.: 2155867

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2539583
Nº SO: 2350698
NF Cliente/Cust.: 34825 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 10/18/2019 13:22:33 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901155	TSAT901155
103000	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901156	TSAT901156
104000	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90138	MTA90138
105000	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902209	MTAR902209
106000	367.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP90112	MCTAP90112
107000	144.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP90113	MCTAP90113
108000	265.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90119	MCTAB90119
109000	126.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90228	MCTAB90228
110000	469.0000	PT	4012.0110	PLACA PCA 60X10 (PCT C/10) - Lote:PCAR90203	PCAR90203

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15,00 kGy	40,00 kGy	35,07	Pass	JINACIO	10/19/2019 11:30:54 GMT
450.00	Dose Minima	15,00 kGy	40,00 kGy	23,87	Pass	JOICE SILVA INACIO	10/19/2019 11:31:13 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
Por:

Data/Date: 10/21/2019 14:52:29 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço