

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/25/2019 18:35:18 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2101248**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2522596**
Nº SO: **2331009**
NF Cliente/Cust. **34554 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **09/24/2019 16:16:28 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	538.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902189	MTAR902189
103	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB90225	MCTAB90225
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901134	TSAT901134
106	40.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP90111	MCTAP90111
107	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90132	MTA90132

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	27.58	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/25/2019 11:45:08 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.26	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/25/2019 11:45:30 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: 09/25/2019 15:02:48 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**