

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

01/10/2020 0:17:17 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2338635

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2587592
Nº SO: 2407730
NF Cliente/Cust. 35637 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/08/2020 15:35:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020001	MTAR020001
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010001	TSAT010001
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010002	TSAT010002
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020002	MTAR020002
107	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP020001	MCTAP020001
108	220.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:30MTA010001	30MTA010001
109	367.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP010001	MCTAP010001
110	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010003	TSAT010003

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.13	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/09/2020 12:12:40 GMT
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.60	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	01/09/2020 12:13:02 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
 Por:

Data/Date: 01/09/2020 13:23:55 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço