

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/03/2020 12:26:51 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2512700**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2620947**
Nº SO: **2446976**
NF Cliente/Cust. **36210 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **02/28/2020 15:52:19 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote: BETAP020003	BETAP020003
103	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote: MTA010007	MTA010007
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote: MTAR020040	MTAR020040
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C / - Lote: TSAT010038	TSAT010038
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C / - Lote: TSAT010037	TSAT010037
108	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C / - Lote: MCTAP020005	MCTAP020005
109	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C / - Lote: MCTAP020004	MCTAP020004
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote: MTAR020041	MTAR020041
111	440.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C / PENASE 90X15 (PT - Lote: TSAP010003	TSAP010003
112	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C / - Lote: TSAT010039	TSAT010039

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.18	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	03/02/2020 17:47:34 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.05	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	03/02/2020 17:48:52 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: **03/02/2020 19:54:53 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**