

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/10/2020 0:21:47 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2957383**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2699369**
 Nº SO: **2541368**
 NF Cliente/Cust. **37666 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/08/2020 13:36:42 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	150.0000	UN	2097.0100	SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA DE - Lote:AUTO012045	AUTO012045
103	39250.0000	UN	5146.0145IR	SACO POUCH 150X250MM C/ PICOTE - Lote:20-1105	20 1105
104	87000.0000	UN	5147.0230IR	SACO POUCH 145X230MM C/ PICOTE - Lote:20-1104	20 1104
106	25500.0000	UN	5157.0020	SS GEL 20 IR P AGAR - Lote:20-1088	20 1088
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010117	TSAT010117
108	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010118	TSAT010118
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020142	MTAR020142
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020143	MTAR020143
111	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP020012	MCTAP020012
112	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010031	MTA010031
113	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010032	MTA010032
114	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020144	MTAR020144
115	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010119	TSAT010119

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.46	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/09/2020 14:40:07 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	20.18	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/09/2020 14:40:28 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 07/09/2020 19:00:32 GMT

Electronically Signed
 By:

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/10/2020 0:21:47 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2957383

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2699369
Nº SO: 2541368
NF Cliente/Cust. 37666 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

07/08/2020 13:36:42 GMT

CELL A

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço