

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

12/23/2020 17:32:24 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3396270

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2801822
Nº SO: 2665599
NF Cliente/Cust. 39639 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/22/2020 18:54:55 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	15000.0000	UN	2097.0100	SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA DE RAYON 100 UN - Lote:02	021120 10411
103	629.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020024
104	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010071
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010223
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010222
108	167.0000	PT	4241.0010	30MTA - AGAR MCTA PLACA 90X15C/ 30ML (PT C/ 10) - Lote:30	30MTA010013
109	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020291
110	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020292

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.79	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/23/2020 14:02:38 GMT
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.14	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/23/2020 14:03:06 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES
 Por:

Data/Date: 12/23/2020 14:24:40 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço