

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com**

R58480102

01/11/2021 18:18:48 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
 Customer Name:  
 Nº P.O. **3396564**

Planta de Processo: **Cotia**  
 Processing Facility:

Nº WO: **2807809**  
 Nº SO: **2674407**  
 NF Cliente/Cust. **39742 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 01/08/2021 14:27:35 GMT  
 Irradiation Date/Time:  
 Irradiação - Célula: CELL A  
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020025
104	440.0000	PT	4097.0010	TSAP - AGAR TSA + PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAP010020
105	100.0000	PT	4104.0010	YPD - AGAR EXT.LEV PEP DEXT PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:YP	YPD010007
106	168.0000	PT	4136.0010	TSAI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HISTPL 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAI010013
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010228
108	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010229
109	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT020230
110	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT020231
111	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020296
112	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020297
113	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020298

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	26.20	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	01/11/2021 12:39:28 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.83	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	01/11/2021 12:39:47 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
 Por:

Data/Date: 01/11/2021 14:25:11 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço