

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

11/08/2019 0:15:20 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 2200002

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2551565  
**Nº SO:** 2364843  
**NF Cliente/Cust.** 35054 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 11/06/2019 14:31:10 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90139	MTA90139
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901162	TSAT901162
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902213	MTAR902213
106	86.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI90212	TSARI90212
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902216	MTAR902216
108	367.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP90114	MCTAP90114
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902214	MTAR902214
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902215	MTAR902215

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.32	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/07/2019 11:58:16 GMT
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.78	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/07/2019 11:58:40 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
 Por:

Data/Date: 11/07/2019 14:26:11 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço